

仕様書

1. 調達物品及び構成内訳

重要パラメーター付き多項目モニタ CSM-1502 2式

<構成>

(1) モニタ本体	2個
(2) レコーダモジュール	2個
(3) リアオプションボード	2個
(4) SDカード	2個
(5) ベッドサイドモニタ	2個
(6) フック	2個
(7) バッテリパック(ベッドサイドモニタ用)	2個
(8) ハンドル	2個
(9) CO2 センサキット	2本
(10) 新生児用中継エアホース	2本
(11) バッテリパック(モニタ本体用)	2個
(12) ECG中継コード	2本
(13) 通信ケーブル	2個
(14) CSM 設置調整費(複数台)	2式
(15) アーム取付	1式

2. 調達物品の備えるべき技術的要件

2-1 ハード構成に関しては以下の要件を満たすこと

2-1-1 本体部、ディスプレイ部、生体情報入力部が一体型のコンパクトモニタであること。

2-1-2 本体部はファンレスであること。

2-2 画面表示に関しては以下の要件を満たすこと

2-2-1 15 トレース以上の表示が可能であること。

2-2-2 画面上にリアルタイム波形を隠すことなくトレンド画面やバイタルリスト等のレビューデータが同時表示可能なこと。

2-2-3 画面レイアウトは3種類以上設定できること。

2-3 操作性に関しては以下の要件を満たすこと

2-3-1 フリック操作による画面操作が可能なこと。

2-4 測定項目に関しては以下の要件を満たすこと

2-4-1 非観血血圧測定に関しては以下の要件を満たすこと。

2-4-1-1 昇圧式の血圧測定方式があること。

2-4-2 観血血圧測定に関しては以下の要件を満たすこと。

2-4-2-1 最大 8 c h の血圧が測定できること。

2-4-2-2 PPV(PulsePressureVariation)又はSPV(SystolicPressureVariation)表示が可能なこと。

2-4-3 体温測定に関しては以下の要件を満たすこと。

2-4-3-1 最大 4 ヶ所の体温が測定できること。

2-4-3-2 2 つの差温を計測表示できること。

2-5 アラームに関しては以下の要件を満たすこと。

2-5-1 アラームは、重要度に応じて 3 段階にて通知する機能を有すること。

2-6 データ保存に関しては以下の要件を満たすこと

2-6-1 保存されているデータは同一時間軸に対する展開が可能であること。

2-6-2 72 時間分のデータを保存可能であること。

2-7 記録に関して以下の要件を満たすこと

2-7-1 測定している波形を 3ch 同時記録することが可能なサーマルアレイレコーダを有すること。

3. その他

3-1 技術要件について

3-1-1 技術的要件はすべて必須の要求要件である。

3-1-2 必須の要求要件は当院が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていないとの判定がなされた場合には、不合格となり、落札決定の対象から除外する。

3-2 保守要件について

3-2-1 機器の保守は運転開始後 1 年間は無償保証期間とし、定期的な保守の実施及び交換部品等の供給が必要となった場合、並びに故障が発生した場合に必要な部品等の補充または補修の実施は、落札者及び落札者が委託した業者において可能であること。

3-2-2 入札機器は入札時点で製品化されており、十分に高い信頼性を有するものであること。

3-2-3 構成機器には十分な冗長性を持たせ、障害発生時にも業務への影響を最小限に止められるように配慮すること。

3-2-4 機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。

3-2-5 災害発生に伴う機器の障害についても同様のサポート体制が実現できること。

3-3 運用要件について

3-3-1 機器の使用等に関する当院職員からの問い合わせ等に速やかに対応できる一元化された窓口をとおしたサポート体制が実現できること。

3-4 マニュアル類について

- 3-4-1 導入する機器等の利用に必要なマニュアル類のドキュメントを提出すること。
- 3-4-2 導入する機器の管理及び運用に必要なマニュアル類のドキュメントを提出すること。
- 3-4-3 操作マニュアルは各装置について、日本語で用意すること。

3-5 機器の導入計画並びに導入体制について

3-5-1 入札機器の導入計画並びに導入体制について

3-5-1-1 導入計画

- 3-5-1-2 所定の期日までに「1. 調達物件及び構成内訳」で示される全ての機器について、所定の機能を満たすよう確実に導入及び完了するための計画を提示すること。
- 3-5-1-3 落札から稼働開始までの各作業項目についての作業内容及び作業日程表。
具体的には、既設装置の撤去、機器の導入（設置工事、配線工事等を含む、テスト及び稼働に際しての教育・研修等の行程を詳細化し、作業項目を示すこと。
- 3-5-1-4 設置する機器の機能テストは必ず当院職員の立ち会いのもとに行い、その評価を受けること。
- 3-5-1-5 機器の稼働は当院の許可によって行うこと。
- 3-5-1-6 本稼働後に必要となる当院側の運用管理要員の作業項目、作業内容及び工数。
- 3-5-1-7 上記以外の項目であっても、導入に当たって注意を要する事項がある場合には、必ず明記すること。

3-5-2-1 導入体制

- 3-5-2-2 作業スケジュールを変更する場合及び何らかの問題が生じた場合等は当院職員の了承を得た上で作業を進めること。

3-6 運用支援体制について

- 3-6-1 機器の運用を円滑に行うために、業務上の運用相談及び必要な障害監視バックアップ等の運用を支援する体制の実現が、落札者及び落札者が委託した業者において可能であること。

3-7 その他何か問題が発生した場合について

- 3-7-1 運用にあたり求める機能に満たない場合、別途かかる費用については落札者及び落札者が委託した業者において完結すること。
- 3-7-2 本契約記載以外の問題が発生した場合は、両者話し合いにて対応すること。