

< 仕様書 >

【監視除細動】

1 概 要

災害現場及び災害時の医療救護所で用いる。そのため、携帯・小型・バッテリ充電対応とすること。下記規格等と同等以上の機能を有すること。

2 規格等

- (1) 270J のエネルギー出力ができること。
- (2) マニュアルモードの操作が 3 ステップであること。
- (3) 画面サイズは 10.4 インチであること。
- (4) 専用操作キーに加えタッチパネルによる操作が可能であること。
- (5) リユーザブルセンサは、薬液などに汚れても水洗い／浸漬消毒できる防水構造であること。
- (6) アラーム発生時には、画面表示や音だけでなく、LED による通知ができる、アラームインジケータを有すること。
- (7) 装置に表示されるガイダンスに沿った操作で、ステータスインジケータの表示の確認や、バッテリの充電状況、ケーブル類が揃っているかなどの日常点検ができること。
- (8) 簡易動作チェックにおいて、使い捨てパッドケーブル接続時は、除細動チェック・ペーシングチェックができない設定があること。
- (9) セルフテストで、使い捨てパッドの断線検出ができること。(P-740 使用時)
- (10) NTP サーバーと時刻を同期する機能を有すること

3 主要構成品

- (1) 本体
- (2) 架台
- (3) 専用バッテリ
- (4) メモリーカード
- (4) 上記に必要とする標準付属品及び直ちに使用できるよう消耗品をつけること。

○ 適合機種

日本光電工業株式会社 TEC-1031